



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Dr. Vladka Mačeka 48
47000 Karlovac

tel: +385(0)47 411 258
fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Broj: 01- *206/1-21*
Karlovac, 28. siječanj 2021.

**Predmet: Testovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2 CPV,
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u postupku
prethodnog savjetovanja**

Na temelju članka 198. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelj je proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 19. – 26. siječanj 2021., te naručitelj dostavlja izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u postupku prethodnog savjetovanja.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA	
Naziv predmeta nabave o kojem je savjetovanje provedeno	Testovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2 CPV
Vrijeme trajanja savjetovanja	19. – 26. siječanj 2021.
Cilj savjetovanja:	Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelj je prije pokretanja otvorenog postpka javne nabave stavio na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir ponude, uvjete izvršenja ugovora i objavio Nacrt Dokumentacije o nabavi. Cilj je bio potaknuti što veći broj gospodarskih subjekata na davanje stručnih prijedloga koji bi doprinijeli kvaliteti Dokumentacije o nabavi, a što značajno može utjeati na smanjenje broja žalbi na tržištu.
<i>Primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata</i>	<i>Komentar naručitelja o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga</i>
Zahtjev br. 1. gospodarskog subjekta	

Molimo Vas da iz troškovnika izdvojite stavku 2. Multiplex Real Time RT- PCR CE IVD kit za detekciju SARS-CoV-2 u novu grupu. Navedenim, omogućili bi pravilno tržišno natjecanje koje je trenutno ograničeno radi prisutnosti stavke 2 u grupi s kitovima za izoalciju virusna RNA/DNA. Stavka 1 i 3 spadaju u skupinu proizvoda za izolaciju virusne RNA, a stavka 2 spada u skupinu proizvoda za detekciju genskih sekvenci virusa. Stavka 2 se koristi na zasebnom instrumentu koji ne čini zatvoreni sustav s instrumentima potrebnim za stavke 1 i 3 i samim time kitove za detekciju je moguće nuditi odvojeno od kitova za izolaciju. Svime prethodno navedenim, stavka 2 nije u ovisnosti o stavkama 1 i 3 troškovnika i samim time se može izdvojiti u novu grupu.

Naručitelj prihvaca primjedbu - izdvojiti će svaku stavku u zasebnu grupu (3 grupe) i dozvoliti nuđenje po grupama.

Zahtjev br. 2. gospodarskog subjekta

Kako biste omogućili sudjelovanje u predmetnom postupku svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, molimo vas da se za stavke 1 i 3 troškovnika omogući nuđenje jednakovrijednog proizvoda ili da se ne upisuju nazivi proizvođača s kojim reagensi moraju biti kompatibilni jer se na ovako koncipiran troškovnik može javiti samo jedan ponuditelj. Izmjenom se omogućuje se javljanje većeg broja ponuditelja a time i kvalitetniji i ekonomski, značajno povoljniji proizvod za naručitelja. Nadalje, ukoliko naručitelj ne prihvaca gore navedene razloge, molimo vas da se stavka 2 izdvoji u zasebni troškovnik, čime omogućujete javljanje više gospodarskih subjekata te ekonomski povoljniji proizvod za naručitelja. Iz istih razloga molimo vas da se u dokumentaciji izmjeni vrijeme do dobivanja rezultata testa na 130 minuta.

Naručitelj prihvaca primjedbu da se za stavku 3. može nuditi jednakovrijedan proizvod ali NE prihvaca isto za stavku 1. jer naručitelj ima navedene uređaje u vlasništvu (Samag 12) i samo kompatibilni komercijalni kitovi dolaze u obzir.

Naručitelj prihvaca primjedbu da se stavka 2. izdvoji u zasebnu grupu.

Naručitelj NE prihvaca izmjenu vremena do dobivanja rezultata jer mu je vrijeme iznimno važno, obzirom da ima samo jedan RT PCR uređaj a obrađuje i do 400 uzoraka dnevno pa pokreće i do 5 ciklusa. Svaki protokol duži od 1,5 sati poremetio bi radni ritam, produžio vrijeme do izdavanja nalaza, te povećao troškove rada (veći fond radnih sati , veći broj prekovremenih sati).

Zahtjev br. 3. gospodarskog subjekta

Javljamo se sa zahtjevom za izmjenom troškovnika koji je predmet javne nabave: Testovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2 CPV u sklopu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim GS.

Ljubazno Vas molimo da u cilju dobivanja jednakokvalitetnih i ekonomski povoljnijih kitova odvojite prve tri tražene stavke

1. kit za ekstrakciju virusne RNA
2. Kit za RT PCR detekciju Sars-CoV-2 , 3 genske sekvence
3. komplet za automatiziranu ekstrakciju virusne RNA/DNA

u posebne grupe te definirate preferirani broj kolonica/reakcija za pojedinačno pakiranje.

Naručitelj prihvata prijedlog za podjelu predmeta nabave tri grupe, te dozvoli nuđenje po grupama.

Zahtjev br. 4. gospodarskog subjekta

Vezano uz prethodno savjetovanje Nacrta 04/21 molim Vas da razdvojite u dvije grupe i to posebna grupa

1. ekstrakcija nukleninskih kiselina odnosna RNA sa reagensima jednakovrijednim za navedeni uređaj, ili uređaj na korištenje uz validaciju istog sa 96 uzoraka prije donošenja odluke o odabiru, odnosno tri dana od poziva na dostavu uređaja i kita za ekstrakciju (96 uzoraka)
2. slijedeća grupa sadrži amplifikaciju i određivanje COVID-19 RT-PCR tehnikom tri gena i to RdPr. E, N gen sa osjetljivošću 10 IU/mL, sa primjenom na uređaju u vlasništvu Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Naručitelj prihvata primjedbu – formirati će tri zasebne grupe i za stavku 3. omogućiti će ponudu jednakovrijednih reagensa i uvjet da ponuditelj dade uređaj na korištenje.

