



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Dr. Vladka Mačeka 48
47000 Karlovac

tel: +385(0)47 411 258
fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Broj: 01-2126/3-19
Karlovac, 15. listopad 2019.

- Ponuditeljima u postupku jednostavne nabave – plinski kromatograf, kom.1.

**Predmet: Pojašnjenje Tehničke specifikacije, ev.br. nabave 39/2019,
nabava plinskog kromatografa, kom. 1., dostavlja se**

Na upit ponuditelja oko pojašnjenja toč. 2. Tehničke specifikacije daje se slijedeći odgovor:

U toč. 2. Tehničke specifikacije Volumen: <10,800 cm³ naveden je volumen dimenzija pećnice, tj grijanog prostora unutar GC-a u kojem su kolone i taj podatak se ne odnosi na dimenzije odnosno volumen plinskog kromatografa.

S poštovanjem.



Ovlašteni predstavnik naručitelja
Dr. Vladka Mačeka 48
br. 1
Vesna Goricki mag. iur.