

## Tehnička specifikacija uređaja za serološke pretrage

PONUĐITELJ: \_\_\_\_\_

	Specifikacija	DA-NE /upisati/	Broj stranice u katalogu
1.	Kompaktni automatizirani uređaj za serološke pretrage ( imunoanalizator )		
2.	Automatizirano odvijanje svih stupnjeva enzimske reakcije		
3.	Tehnologija ELFA ili CLIA ili CMIA		
4.	Mogućnost testiranja SARS-Cov-2, toksoplazme, rubelle, citomegalovirusa, EBV, Borrelia		
5.	Stolni/manjih dimenzija, s minimalnim kapacitetom od 12 testiranja istovremeno		
6.	Test po test princip rada		
7.	Simultano izvođenje više različitih testova s različitim protokolima inkubacije		
8.	Svi reagensi spremni za upotrebu		
9.	Visoki postoci specifičnosti i osjetljivosti testova ( za SARS-CoV-2 testove osjetljivost >95 % a specifičnost >98 % )		
10.	Koristi jednokratne nastavke za pipetiranje uzoraka		
11.	Ne zahtijeva spremnike s tekućinama za rutinsko čišćenje pipetnog mehanizma za vrijeme testiranja te za čišćenje ostalih dijelova uređaja		
12.	Mogućnost testiranja serije ili jednog uzorka uz optimizaciju potrošnje reagensa ( bez utroška dnevnih kontrola )		
13.	Rekalibracija pojedinog serijskog broja reagensa i testiranje kontrola odvija se jednom ili maksimalno dva puta mjesečno		
14.	Integriran računalni sklop		
15.	Ugrađen inkubacijski sustav		
16.	Koristi reagense koji su po otvaranju kita stabilni do isteka roka valjanosti kita		
17.	Osigurana servisna podrška i edukacija korisnika		
18.	Novi uređaj, godina proizvodnje 2021.		

Ponuditelj daje jamstvo od minimalno 1 godine (12 mjeseci).

Osigurana instalacija uređaja i obuka korisnika, te uključena u cijenu.

Prodavatelj se obvezuje kod isporuke dostaviti cjelovit korisnički priručnik (upute za korištenje) na hrvatskom jeziku.

### ŽIG I POTPIS PONUĐITELJA

\_\_\_\_\_

Napomena: Ponuditelji su obvezni Tehničke specifikacije ispuniti na način da u stupcu „Potvrda tehničkog opisa“ označe udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“, te da u stupcu „Broj stranice u katalogu/prospekta“ upišu broj stranice iz kataloga, izvoda kataloga ili prospekta na kojoj se nalazi opis odnosno potvrda tražene tehničke karakteristike. Ako iz kataloga nije vidljiva tražena tehnička karakteristika, zainteresirani gospodarski subjekti obvezni su dostaviti potpisanu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kojom potvrđuje da ponuđeno odgovara traženim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.