

Tehnička specifikacija uređaja za automatizirano nekultivacijsko dokazivanje bakteriurije

PONUĐITELJ: _____

	Specifikacija	DA-NE /upisati/	Broj stranice u katalogu
1.	Mikrobiološki analizator baziran na stvarnom rastu mikroorganizama		
2.	Tehnologija laserskog raspršenja svjetlosti		
3.	Mogućnosti screening bakterija, gljiva, rezidualna antimikrobna aktivnost (RAA), osjetljivost na antibiotike, brzi MDRO screening		
4.	Kratko vrijeme analize – za urine max. 5 sati (bez potrebe za inkubacijom preko noći)		
5.	Pozitivni rezultati u realnom vremenu		
6.	Standardizirani volumen inokuluma, standardizirani semikvantitativni rezultat u CFU/ml		
7.	Negativni rezultati su konačni negativni izvještaji koji se prijavljuju kliničarima najkasnije nakon 5 sati i nema potrebe ponovno ih potvrđivati		
8.	Vrlo mali volumen uzorka (0,5 ml) – pogodno za komplicirane uzorke		
9.	Mogućnost upotrebe peleta iz pozitivnog uzorka za izravnu masenu spektrometrijsku identifikaciju ili sličnu spektroskopsku identifikaciju		
10.	Mogućnost kombiniranja različitih aplikacija u jednom instrumentu odjednom		
11.	Mogućnost kontinuiranog dodavanja uzoraka		
12.	Mogućnost testiranja do 60 uzoraka odjednom		
13.	Mogućnost testiranja RAA zajedno s redovitom bakteriološkom analizom urina		
14.	Dvosmjerna veza s LIS-om		
15.	Nema potrebe za redovitom kalibracijom koju provodi krajnji korisnik		
16.	Lako ili nikakvo dnevno i tjedno održavanje		
17.	Jedinstveni sustav s ugrađenim računalom i inkubatorom		
18.	Prilagodljivi threshold i vrijeme inkubacije		
19.	Inkubacija na 37 st. C		
20.	Mogućnost praćenja McFarland vrijednosti		
21.	Jednostavno i intuitivno grafičko sučelje		
22.	Mogućnost priključka vanjskog pisača i barkod čitača		
23.	U cijenu uključena instalacija uređaja, edukacija korisnika, aplikativna podrška i servisni odaziv u slučaju kvara		
23.	Novi uređaj, godina proizvodnje 2023.		

Ponuditelj daje jamstvo od minimalno 1 godine (12 mjeseci).

Prodavatelj se obvezuje kod isporuke dostaviti cjelovit korisnički priručnik (upute za korištenje). Ukoliko Upute nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku, ponuditelj u ponudi treba dostaviti prijevod ovjeren po ovlaštenom prevoditelju.

ŽIG I POTPIS PONUĐITELJA

Napomena: Ponuditelji su obvezni Tehničke specifikacije ispuniti na način da u stupcu „Potvrda tehničkog opisa“ označe udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“, te da u stupcu „Broj stranice u katalogu/prospekta“ upišu broj stranice iz kataloga, izvoda kataloga ili prospekta na kojoj se nalazi opis odnosno potvrda tražene tehničke karakteristike. Ako iz kataloga nije vidljiva tražena tehnička karakteristika, zainteresirani gospodarski subjekti obvezni su dostaviti potpisano izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kojom potvrđuje da ponuđeno odgovara traženim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.