

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

GRUPA 2. KIT ZA DETEKCIJU HPV

Multiplex Real Time PCR kit za detekciju i diferencijaciju 14 visokorizičnih genotipova HPV-a: tip 16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59,66,68

Proizvođač ponuđenog proizvoda:

Šifra ponuđenog proizvoda (iz kataloga): _____

R. br.	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE	Ispunjavanje traženih teh. karakteristika DA-NE
1.	Mogućnost detekcije i diferencijacije svih 14 tipova virusa iz jedne PCR reakcije	
2.	Mogućnost semi-kvantitativnog određivanja svih 14 tipova virusa	
3.	Može odrediti dominantni tip u koinfekcijama	
4.	Mora biti validiran na PCR uređaju BioRad cfx 96 koji je u vlasništvu Naručitelja	
5.	Kit koristi endogenu kontrolu za validaciju cijelog procesa (od izolacije do detekcije)	
6.	Automatska interpretacija rezultata pomoću programa koji se instalira na računalo real-time PCR uređaja	
7.	Program za automatsku interpretaciju rezultata mora biti kompatibilan s CFX Manager programom koji se koristi za upravljanje CFX96Dx uređaja, a koji se nalazi u vlasništvu Naručitelja	
8.	Kit mora biti validiran za dijagnostiku, tj. mora imati oznaku CE-IVD	
9.	Ponuditelj je dužan osigurati vanjsku kontrolu kvalitete 1x godišnje	

Žig i potpis ponuditelja