

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

### Grupa 3. KIT ZA DETEKCIJU RESPIRATORIH VIRUSA

Multiplex Real Time PCR CE IVD kit za detekciju SARS-CoV-2/influenza A/influenza B/RSV

**Proizvođač ponuđenog proizvoda:**

---

**Šifra ponuđenog proizvoda (iz kataloga):** \_\_\_\_\_

<b>R. br.</b>	<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE</b>	<b>Ispunjavanje traženih teh. karakteristika DA-NE</b>
1.	Multiplex esej s detekcijom SARS CoV 2/ influenza A/influenza B/RSV: -mora detektirati tri gena za SARS-CoV-2 - N gen, RdRP gen, S gen -max. 5 kanala detekcije - mora imati endogenu i egzogenu internu kontrolu. - mora imati pozitivnu i negativnu kontrolu	
2.	Trajanje detekcije max. 1 sat 55 minuta na aparatu Real Time PCR CFX 96	
3.	Kit koji sadrži sve potrebne reagense za detekciju	
4.	Mora biti kompatibilan s aparatom Real Time PCR CFX 96	
5.	Mora imati oznaku CE IVD	
6.	Mora biti osigurana mogućnost automatske interpretacije rezultata pomoću programa koji se instalira na računalo real time PCR uređaja. Program mora biti kompatibilan s CFX manager programom koji se koristi za upravljanje CFX96Dx uređaja koji naručitelj ima u vlasništvu.	
7.	Ponuditelj mora osigurati provođenje postupka vanjske kontrole za traženi kit.	
8.	Mora biti kompatibilan s ekstrakcijskim procesom na aparatu RunMei, koji je u vlasništvu naručitelja.	

---

Žig i potpis ponuditelja