

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

GRUPA 4. KIT ZA DETKECIJU RESPIRATORNIH BAKTERIJA

Multiplex Real Time kit za detekciju Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, B.pertussis, B.parapertussis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

Proizvođač ponudenog proizvoda:

Šifra ponudenog proizvoda (iz kataloga): _____

R. br.	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE	Ispunjavanje traženih teh. karakteristika DA-NE
1.	Multiplex PCR real time kit za detekciju Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, B.pertussis, B.parapertussis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae iz jedne reakcije	
2.	Kit koji sadrži sve potrebne reagense za detekciju + pozitivnu i negativnu kontrolu	
3.	Mora biti kompatibilan s aparatom Real Time PCR CFX 96 ,Bio Rad	
4.	Mora imati oznaku CE IVD	
5.	Mora biti kompatibilan s ekstrakcijskim procesom na aparatu SaMag 12, Sacace Biotechnologies	
6.	Mora biti osigurana mogućnost automatske interpretacije rezultata pomoću programa koji se instalira na računalo real time PCR uređaja. Program mora biti kompatibilan s CFX manager programom koji se koristi za upravljanje CFX96Dx uređaja koji naručitelj ima u vlasništvu.	
7.	Ponudač mora osigurati vanjsku kontrolu kvalitete za ugovorno razdoblje.	

Žig i potpis ponuditelja